

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA							ET-40.500.SCG.167	
	USUÁRIO: SCGÁS - CIA. DE GÁS DE SANTA CATARINA							FOLHA: 1 de 3	
	EMPREENHIMENTO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL								
	UNIDADE: GERAL								
ANEXO II		ADAPTADOR DE CARREGAMENTO VEICULAR PARA EQUIPAMENTOS GAS PRO TK							
ÍNDICE DE REVISÕES									
Rev.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS								
0	EMISSÃO INICIAL								
	Original								
DATA:	13/08/25								
EXECUÇÃO:	ROGERIO								
VERIFICAÇÃO:	ROGERIO								
APROVAÇÃO:	GUSTAVO								

ADAPTADOR DE CARREGAMENTO VEICULAR PARA EQUIPAMENTOS GAS PRO TK**1. OBJETIVO**

A presente especificação visa estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento pelo CONTRATADO de adaptadores de carregamento veicular para os analisadores de gás: Gas Pro TK do fabricante Crowcon.

Os analisadores de gás são utilizados em campo e podem precisar de um recarregamento de bateria para continuarem operando. Esta recarga poderá ser efetivada dentro dos veículos inclusive ao estar se deslocando para os locais de trabalho.

2. DESCRIÇÃO

Adaptador de carregamento para veículos

Fabricante: Crowcon

Modelo: CH0106

**3. CARACTERÍSTICAS**

Fonte de alimentação de 6,5 V para utilização com tomadas elétricas veiculares de 12 V.

Conector elétrico específico para o equipamento Gas Pro TK do fabricante Crowcon.