

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA							ET-40.500.SCG.168	
	USUÁRIO: SCGÁS - CIA. DE GÁS DE SANTA CATARINA							FOLHA: 1 de 2	
	EMPREENHIMENTO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL								
	UNIDADE: GERAL								
ANEXO II		PLACA PRINCIPAL E INVOLUCRO PARA GAS PRO TK							
ÍNDICE DE REVISÕES									
Rev.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS								
0	EMISSÃO INICIAL								
	Original								
DATA:	05/09/25								
EXECUÇÃO:	ROGERIO								
VERIFICAÇÃO:	ROGERIO								
APROVAÇÃO:	GUSTAVO								

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº ET-40.500.SCG.168
	UNIDADE	GERAL	FOLHA: 2 de 2
	PLACA PRINCIPAL E INVOLUCRO PARA GAS PRO TK		

1. OBJETIVO

A presente especificação visa estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento pelo CONTRATADO de placa principal para os analisadores de gás: Gas Pro TK do fabricante Crowcon.

Os analisadores de gás podem, com o tempo de uso, apresentar defeitos de funcionamento devido a avarias na placa principal bem como no seu invólucro. Nestes casos para reabilitar estes equipamentos é necessário fazer a substituição tanto da placa principal avariada como do invólucro.

2. DESCRIÇÃO

Placa Principal para Gas Pro TK

Fabricante: Crowcon

Modelo: SS0712/A

Involucro para Gas Pro TK

Fabricante: Crowcon

Modelo: SS0745 (RFI)

3. CARACTERÍSTICAS

Placa principal e involucro serão utilizados para substituição de partes avariadas em equipamentos Gas Pro TK, portanto precisam atender exatamente ao item 2.