

Habilitação

Análise Técnica

Licitante: GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA
CNPJ: 06.176.620/0001-62

Data da Abertura: 10/09/2026

Objeto: Fornecimento de explosímetros, serviços de manutenção, calibração e sobressalentes

TERMO DE REFERÊNCIA

6. Qualificação Técnica:

SUBITEM EDITAL	DESCRIÇÃO	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
6.1.1	O Licitante deverá apresentar, juntamente com a documentação de habilitação, sob pena de inabilitação, no mínimo 01 (um) atestado ou certidão de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificando que o mesmo forneceu no mínimo 10 (dez) explosímetros ou 10 (dez) analisadores de gás para empresas da cadeia do gás natural. 6.1.1.1 – Serão aceitos documentos emitidos por empresas de transporte ou distribuição de gás canalizado ou gás natural comprimido (GNC) ou gás natural liquefeito (GNL). 6.1.1.2 - A certidão ou atestado citado no item 6.1.1 deve conter a identificação do signatário, e preferencialmente, a razão social, o CNPJ, o endereço e o telefone do declarante, em papel timbrado da empresa emitente. 6.1.1.3 - Será permitido apresentar mais de um atestado para atingir a quantidade solicitada.	NA Doc. Digital Quantidade inferior à exigida.	Atestado emitido por: COMGAS datado de: 07/04/2015 – objeto: 03 Detectores e 2 Analisadores Atestado emitido por: NECTA datado de: 18/06/2026 – objeto: 2 Analisador Atestado emitido por: COMPAGAS datado de: 15/09/2015 – objeto: 1 Analisador
6.1.2	O Licitante deverá comprovar existência de empresa de assistência técnica autorizada no Brasil para efetuar a manutenção e a calibração do equipamento.	NA Doc. digital	Não apresentou documento que comprove assistência técnica autorizada.
6.1.3	O Licitante deverá emitir Declaração indicando as configurações do equipamento ofertado, contendo no mínimo: I - Fabricante do equipamento; II – Modelo ofertado; III - Configuração ofertada, incluindo os modelos dos sensores com respectivo código do fabricante.	NA Doc. digital	Não apresentou declaração da configuração ofertada incluindo os modelos dos sensores com respectivo código do fabricante.

6.1.4	O Licitante deverá apresentar certificado de conformidade para utilização do equipamento em área potencialmente explosiva, emitido por órgão competente em acordo com pelo menos uma das classificações abaixo: 6.1.4.1 - PORTARIA INMETRO Nº 115, DE 21 DE MARÇO DE 2022. 6.1.4.2 - Norma Europeia (IEC – International Electrotechnical Commission) Ex ia; Grupo IIa ou IIb ou IIc; T2 ou T3 ou T4 ou T5 ou T6. 6.1.4.3 - Norma Norte Americana (NEC - National Electrical Code) Classe 1; Divisão 1; Grupo A ou B ou C ou D.	A Doc. digital	Documento 0P250522.SYEDW80 emitido por Ente Certificazione Macchine – verificado no site do emissor. Validade 21/05/2030 Certificado para modelo BTYQ-MS4000-S Atenção: Certificado não é do modelo proposto na PPU (ES400).
8.1 do Edital	Proposta de Preços: Modelo/Fabricante	A Doc. Digital ERANTEX/ES400	Atenção: Modelo apresentado ES400 não é o mesmo da documentação técnica MS400 Informação Conforme PPU

Resultado Final: Não Atendido

Legenda:

A = Atendido

NA = Não Atendido

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Nome	Função	Assinatura
Giovani Della Rocca	Pregoeiro	Giovani Della Rocca:78139244953 Assinado de forma digital por Giovani Della Rocca:78139244953 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=18530917000163, ou=AC SyngularID Multipla, cn=Giovani Della Rocca:78139244953 Dados: 2026.09.16 13:20:51 -03'00'
Adézio Machado	Equipe de Apoio (Presidente da CL)	ADEZIO MACHADO:90286600978 Assinado de forma digital por ADEZIO MACHADO:90286600978 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=18530917000163, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ADEZIO MACHADO:90286600978 Dados: 2026.09.16 13:31:50 -03'00'
João Paulo Cardoso Lacombe	Equipe de Apoio	João Paulo Cardoso Lacombe Assinado de forma digital por João Paulo Cardoso Lacombe DN: dc=br, dc=corp, dc=scgas, ou=SCGÁS, ou=Usuários, ou=Gerências, ou=GEMAR, ou=Concursados, cn=João Paulo Cardoso Lacombe, email=joao.lacombe@scgas.com.br Dados: 2026.09.16 13:26:18 -03'00'